



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България
тел./факс: (+359 2) 9878869
bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за обществена поръчка с предмет

„Доставка на седем броя анализатори на алкохол в издишвания въздух“

Анализаторът на алкохол в издишвания въздух за проверка на употребата на алкохол от служителите на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕОД трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Да притежава валидно Удостоверение за одобрен тип средство за измерване, като анализатор на алкохол в дъха, издадено от Български институт по метрология.
2. Да бъде окомплектован с мобилен принтер за отпечатване на резултатите.
3. Да бъде окомплектован с първоначален брой мундщуци – мин. 100 бр.
4. При извършване на доставката, същата да бъде придружена с инструкция за употреба на български език (на хартиен носител).
5. Място на доставка – ЦУ на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕОД
6. Минимален Гаранционен срок – 12 месеца.
7. При извършване на доставката от фирмата-доставчик на анализаторите на алкохол да бъде извършено обучение за работа с доставеното измерително устройство на служителите на отдел „Безопасност“ – на място, в ЦУ на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕОД.

Съгласувал:

инж. Кирил Костадинов
Ръководител отдел „Безопасност“
„БДЖ-Пътнически превози“ ЕОД

Залагено на основание

Регистрация № 2016/649

Изготвил:

Л. Младенов
Гл. експерт „АИВП“