



“БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

ул. “Иван Вазов” № 3, София 1080, България
факс: (+359 2) 9878869
bdz_passengers@bdz.bg
www.bdz.bg



ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Анализаторът на алкохол в издишвания въздух за проверка на употребата на алкохол от служителите на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД трябва да отговаря на следните изисквания:

1. Да притежава валидно *Удостоверение за одобрен тип средство за измерване*, като анализатор на алкохол в дъха, издадено от Български институт по метрология.
2. Да се гарантира невъзможност от манипулиране на резултатите.
3. Да може лесно да се обслужва.
4. Да бъде на професионално ниво с цел дългосрочната му употреба.
5. Да бъде окомплектован с мобилен принтер за отпечатване на резултатите.
6. При извършване на доставката, същата да бъде придружена с инструкция за употреба на български език.
7. От фирмата-доставчик на анализаторите за алкохол да бъде извършено обучение на служителите на отдел „Безопасност“ в ЦУ на „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД за работа с доставеното измерително устройство.

Съгласувал:

инж. Кирил Костадинов

Ръководител отдел „Безопасност“
„БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД

ЗАЛИЧЕНО
на основание Регламент 2015/1622