

ОДОБРЯВАМ:

ИНЖ. ХРИСТО ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ
„БДЖ-ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ”ЕООД



Приложение 3

ДАТА... 5.022019г

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. Сушилня изработена от материал - неръждаема стомана, с рафтове (мин. 1 брой), обем от 50 до 80 литра, естествена конвекция, електронен контролер, двойна температурна защита и работна температура от 5°C над стайната температура до 300°C - 1бр.

II. Апаратура за измерване на маса(средства за измерване):

1. Аналитична везна с вътрешна калибровка до 120 гр. с точност 0,0001 - 2бр.;
2. Техническа везна с вътрешна калибровка до 160 гр. с точност 0,01- 1 бр.

III. Доставка

Аналитичните везни е необходимо да бъдат доставени в подразделенията на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД с адреси:

1. Локомотивно депо Горна Оряховица - гр. Горна Оряховица, п.к. 5120, ул.„Съединение” № 46 – 1 бр.
2. Локомотивно депо Варна - гр. Варна, п.к. 9000, ул. Девня № 1 – 1бр.

Техническата везна и сушилнята е необходимо да бъдат доставени в подразделенията на „БДЖ-Пътнически превози”ЕООД с адрес:

- Локомотивно депо Горна Оряховица - гр. Горна Оряховица, п.к. 5120, ул.„Съединение” № 46

С уважение,

.....инж. Атанас Атанасов

Директор дирекция „ПЖПС”

