



# “БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ” ЕООД ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ

гр. Пловдив 4002, бул. „Васил Априлов” №3  
тел./факс: (+359 32) 626 532  
e-mail: ppp\_po@bdz.bg  
www.bdz.bg/

Member of CISQ Federation



ОДОБРЯВА

ИНЖ. АНТ  
ДИРЕКТОР ППП ПЛОВДИВ

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

за

*„Извънгаранционен ремонт и метрологична проверка на 1 бр. анализатор за алкохол в дъха модел Dräger Alcotest 7510“*

### I. Обща информация:

1. **Възлагаща институция:** ППП Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 3, Пловдив.
2. **Техническите изисквания се отнасят за:** Извършване на диагностика, ремонт и последваща метрологична проверка на техническо средство Dräger Alcotest 7510.
3. **Местонахождение на оборудването:** Локомотивно депо Пловдив, ул. „Академик Динеков” № 2, гр. Пловдив.
4. **Цел:** За осигуряване на нормална, безопасна и безаварийна експлоатация и поддържане в изправно техническо състояние, ремонтът трябва да се осъществява от технически лица, притежаващи специализирани умения и сертификати за работа с измервателна техника Dräger.
5. **Технически характеристики на оборудването (Dräger Alcotest 7510):**
  - **Сензор:** Електрохимичен (DrägerSensor) – изключително специфичен за алкохол.
  - **Вземане на проба:** Микропроцесорно управление на пневматичната система.
  - **Дисплей:** Графичен LCD с висока резолюция и подсветка.
  - **Защита:** Устойчив на атмосферни влияния корпус (IP 54).
  - **Памет:** Съхранение на над 5000 записа.

### II. Ремонт и изисквания:

1. **Диагностика:** Преди извършване на ремонта, Изпълнителят е длъжен да извърши пълна диагностика за установяване на повредата.
2. **Ремонтни дейности:** Подмяна на дефектни елементи, включително (но не само): сензори, помпи, нагреватели, корпус, батерии и комуникационни модули.

3. **Резервни части:** При констатиране на повреда, Изпълнителят уведомява Възложителя. Вложените резервни части трябва да бъдат нови, оригинални и одобрени от производителя.
4. **Метрологична проверка:** След всеки ремонт, включващ замяна на ключови компоненти, уредът задължително преминава през калибриране и проверка за съответствие.
5. **Документация:** Резултатите от ремонта се описват в сервизен протокол, подписан двустранно. Протоколът съдържа описание на извършените дейности и списък на вложените части.
6. **Гаранция:** Изпълнителят предоставя гаранционен срок за извършения ремонт и вложените части.

Съгласува  
инж. Илко  
Началник,

Изготвил:  
инж. Борис |  
Гл. експерт

Заличена информация на основание Регламент 2016/679